


試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2017-07-14-11:42:45



プロトコル情報

サンプル種類 : 多摩小ばと保育園給食

プロトコル名 : 給食

核種1 : Cs-137

サンプル情報 : 平成29年7月13日

プロトコル情報 :

核種2 : Cs-134

原産地 :

カテゴリ : その他

核種3 : K-40

テスト番号 : 3086

容器のタイプ : マリネリ ビーカー 1L

核種4 : I-131

カテゴリ : その他

測定時間(秒) : 600

核種5 :

その他 :

サンプル重量 : 0.980 kg

核種6 :

測定結果

| | 核種名 | エネルギー(keV) | 正味計数(count) | 放射能濃度(Bq/kg) | 検出限界濃度(Bq/kg) | 判定基準 | 判定 |
|-----|--------|------------|-------------|--------------|---------------|------|----|
| 核種1 | Cs-137 | 662 | 0 | N.D. | 7.3 | 25 | 合格 |
| 核種2 | Cs-134 | 796 | 0 | N.D. | 8.5 | 25 | 合格 |
| 核種3 | K-40 | 1461 | 0 | N.D. | 18.2 | 50 | 合格 |
| 核種4 | I-131 | 365 | 0 | N.D. | 5.5 | 50 | 合格 |